

# 放射能測定結果報告書

放射性同位元素等使用許可番号  
水使第176号

株式会社ビッグウエスト社 殿

株式会社 化研  
本社・水戸研究所  
〒310-0903茨城県水戸市堀町1044番地



平成25年9月25日 ご依頼の以下の試料の測定結果についてご報告いたします。

## 1. 試料

試料名	検体B:セシウム含有溶液・新規吸着剤(超吸着性多孔体)10%濃度・1回吸着
採取場所	—
採取日時	平成25年9月16日 吸着処理日
採取者	—

## 2. 測定日時

平成25年9月25日 17時35分
-------------------

## 3. 測定結果

測定項目		測定結果	基準値
放射性ヨウ素	I-131	検出されず	—
放射性セシウム	Cs-134	15 Bq/kg	—
	Cs-137	31 Bq/kg	
検出下限値:I-131<4Bq/kg、Cs-134<4Bq/kg、Cs-137<4Bq/kg			
測定条件			
・測定機器： ゲルマニウム半導体検出器(ORTEC GEM-30)			
・測定者： 小島 務			
・試料容器： 500ml円筒容器			
・試料重量： 520g(500ml)			
・測定時間： 2000秒			
・測定方法：平成4年 科学技術庁 放射能測定法シリーズ 7 「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメリー」に準拠			
・前処理方法：平成4年 科学技術庁 放射能測定法シリーズ 24 「緊急時におけるガンマ線スペクトロメリーのための試料前処理法」に準拠			